



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE045/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	BALANCA, de precisao, capacidade para 5000 gramas, sensibilidade 0,1g, calibracao automatica e sistema mecanico de protecao a sobre carga, legibilidade de 0,1g, linearidade de 0,1g, repetibilidade 0,05g, campo de taragem total, tempo de estabilidade 2 segundos, bivolts, frequencia 50/60 Hz. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)  >> Ref. SAEB => 66.70.00.00159627-6	Não	Un	8,00				
2	BALANCA, Semi-Analitica 620g, com as seguintes caracteristicas tecnicas: Carga Maxima: 620g, Resolucao: 0,001 g, Repetitividade: 0,001 g, Linearidade: 0,002 g Tempo de Resposta: (media) 1 s, Peso minimo conforme erro 1% e s=2 : 200 mg, Peso minimo conforme Farmacopeia Americana (USP): 3 g, Diametro do Prato: 115 mm, incluir maleta, cabos e bateria, Dimensoes (L x P x A) mm: 230 x 303 x 136, Peso Liquido: 3,6 Kg, Voltagem: 100 - 240 V 50/60 Hz. Garantia minima de 24(vinte e quatro) meses com manutencao onsite. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).  >> Ref. SAEB => 66.70.00.00159666-7	Não	Un	2,00				
3	BALANCA, analitica, com as seguintes caracteristicas: - Minimo 5 digitos decimais (0,00001g), - Amplo visor LCD, - Dimensoes de prato de pesagem Ø: minimo de 80 mm. - Temperatura ambiente admissivel minima: 10 °C a 30 °C. - Gama de pesagem: minimo de 210g, - Leitura [d] MG 0,01 - Carga min. [Min] mg 1.- Reprodutibilidade: 0,05-0,01 mg - Linearidade: ± 0,15 mg/± 0,3. Deve acompanhar manual de instrucoes. Garantia minima de 12 meses. O instrumento de	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

11/08/2022

10:00

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

28/07/2022

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE045/2022	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	<p>pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 66.70.00.00159670-5</p> <p>BALANCA, analitica, eletronica, visor de cristal liquido, calibracao automatica embutida na balanca, capela de protecao de vento, e: - Carga minima de 210 g - Resolucao &lt; 0, 1mg (quatro casas decimais) - Desvio Padrao: ± 0,1mg, Repitibilidade 0,0001g e linearidade +0,001g - Tempo de estabilizacao: minimo de 5s - Compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 graus C ate 40 graus C - Compartilhamento de pesagem - Com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade ja utilizada - Pesagem por suspensao (peso especifico e densidade) Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. - Tensao de trabalho bivolt ( 110 e 220 volts) (com tolerancia de +/- 10%), 50/60 Hz. Toda balanca de pesagem nao automatica deve ter modelo aprovado pelo Inmetro e etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 66.70.00.00173846-1</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p>	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

11/08/2022

10:00

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

28/07/2022

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo