



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE050/2019
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**
Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	ESTIMULADOR, muscular, de nervos perifericos. Características principais: - Amplitude do pulso: ajustavel de 0,1 a 10 mA em duas escalas. - Duracao do pulso: selecionavel em 100 ou 200 us. - Frequencia de repeticao dos pulsos: selicionavel em 1 ou 2 pps - Tensao maxima de estimulacao: 33 V Bateria: 9 V alcalina para terapia combinada utilizando ultrasom e tens, microprocessado, emissao continua e pulsada, cabecote ergonomico, corrente tens e fes, comutacao automatica de 110/220 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e no Ministerio da Saude. >> Ref. SAEB => 65.15.19.00069178-0	Não	Un	1,00				
2	ESFIGMOMANOMETRO, para uso adulto, aneroide, completo, deve apresentar escala de 0 - 300 mmHg, com precisao de +/- 3mmHg, deve vir acompanhado com caixa metalica protetora em inox ou aco pintado em epoxi, as braceleiras deve ser construida em material antialergico flexivel e resistente com fecho em velcro, com dimensoes adequadas para uso neonatal (na faixa de 19,5 a 28,7cm de comprimento com 10 cm de altura, com variacao de 9,5 a 11cm), deve ter registro no Ministerio da Saude. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil. >> Ref. SAEB => 65.15.19.00070644-2	Não	Un	1,00				
3	AUTOCLAVE, hospitalar, horizontal de mesa (ate 50 litros) - Autoclave horizontal, de mesa	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	04/12/2019 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	21/11/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE050/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>microprocessada, totalmente automatica com reservatorio. INDICACAO Hospitais, Clinicas Odontologicas, Veterinarias, Cirurgia Plastica, Laboratorios, Controle de Qualidade, Ambulatorios e outros. APLICACAO Esterilizacao, secagem de instrumentos cirurgicos, utensilios, tecidos, luvas, liquidos, vidrarias, etc... FAIXAS DE TRABALHO CICLOS RAPIDOS Programaveis de acordo com o tipo de material. CONSTRUCAO Camara cilindrica construida de acordo com as Normas da ABNT. GABINETE Conjunto montado sobre estrutura em aco A36, apoiado sobre pes regulaveis em borracha que da estabilidade e protege o movel onde for sobreposto o equipamento. PORTA: O equipamento possui 01 porta, tendo seu sistema de fechamento atraves de manipululo, de duplo estagio que exerce pressao por igual em todo perimetro da tampa apoiando perfeitamente a superficie da mesma em guarnicao de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedacao e extensa durabilidade. EQUIPADA COM: TRANSDUTOR DE PRESSAO: Monitora a pressao existente na camara interna. SENSOR PT 100: Monitora a temperatura existente na camara interna. DISPLAY: Alfanumerico digital. Indica pressao, temperatura, ciclos, alarmes. CHAVE GERAL: Liga e Desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergencia. TECLA SELECAO: Seleciona o ciclo desejado de acordo com o Material a ser esterilizado. TECLA PARTIDA: Inicia o ciclo pre programado escolhido. SISTEMA HIDRAULICO: FILTROS: Em bronze, elemento filtrante em aco inoxidavel. VALVULAS SOLENOIDES: Em latao forjado tipo diafragma. VALVULAS DE SEGURANCA: Construida em latao, controla o excesso de pressao existente na camara. CONEXÕES: Construidas em cobre. EQUIPADA COM: MICRO - SWITCH: Auxilia na seguranca do equipamento, prevenindo possiveis falhas de manuseio. Controle de nivel para evitar a queima das resistencias do gerador caso haja falta d'agua. Fusiveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentacao eletrica. Elemento de Seguranca: Termostatico que se funde com excesso de temperatura liberando a pressao. Aquecimento Voltagem Eletrico 127V ou 220V TABELA DIMENSIONAL: DIMENSÕES D x P (mm) AHMC-10 300 x 600 DIMENSÕES EXTERNAS: Profundidade74 cm; Largura: 55 cm; Altura: 50 cm CAPACIDADE : 42 litros. NAO</p>							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
04/12/2019	09:30	21/11/2019	Assinatura
Fornecedor		Assistência Técnica	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE050/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**
 Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	NECESSITA DE INSTALACAO, SOMENTE TOMADA PARA ENERGIA ELETRICA. OPCIONAL - TIPO FLASH E BOMBA A VACUO. Com garantia de todos os componentes de no minimo 3 anos. >> Ref. SAEB => 65.15.19.00105387-6 MANOVACUOMETRO, componentes: aneroide com mostrador, conector tipo rescã, uso minimo 4cmh20, variacao +/-120cmh20; aplicacao:adaptadores para uso com bocal, tot ou traqueostomia; caracteristicas adicionais:mensura forca muscular fases inspiratoria e expiratoria, aplicacao fisioterapia;embalagem:bolsa para acondicionamento e manual de usuario.	Não	Un	1,00				
5	>> Ref. SAEB => 65.15.19.00111813-7 OXIMETRO, de pulso, portatil, com onda de pulso, para monitorizacao nao invasiva da saturacao de oxigenio da hemoglobina arterial de pacientes: pediatrico e adulto; modelo de pulso, deve possuir display digital para apresentacao de pelo menos saturacao de oxigenio, frequencia cardiaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retroiluminado, TFT; saturacao de Oxigenio apresentada de forma a abranger a faixa de 40% a 99%; saturacao de Oxigenio com precisao de ±2%, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 99%; deve possuir um tempo de resposta de no maximo 10 segundos; sistema de alarme. Deve acompanhar o produto toda e qualquer parte ou acessorio necessario ao seu perfeito funcionamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ ANVISA; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portugues, contendo as rotinas de manutencao preventiva; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1, conforme a RDC 32/2007 da	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	04/12/2019 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	21/11/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE050/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6	<p>ANVISA; O fornecedor devera ceder as Licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. Embalagem com dados do fabricante, do produto, procedencia e registro no Ministerio da Saude.</p> <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 65.15.19.00113783-2</p> <p>NEGATOSCOPIO, de um corpo, visor translucido, flexivel, com moldura em pvc rigido ou metalica com pintura eletrostatica epoxi-po, cor branca, com suporte para fixacao em parede, prendedores de chapa radiografica, tecla liga e desliga, luminosidade minima 1500 NIT de luminancia, variacao minima de 15% de luminosidade na visualizacao de imagens radiograficas, tensao de alimentacao de acordo com a tensao vigente da unidade, dimensoes minimas de 380 x 100 x 485mm, e com peso minimo de 6,0 Kg, garantia minima de 2 (dois) anos.</p> <p>Ref. SAEB => 65.25.19.00070575-6</p>	Não	Un	1,00				
7	<p>APARELHO, de DVD, player, com entrada USB, reproducao de DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, MP3, MPEG, JPEG, WMA, dolby digital, zoom digital, sistema de cor PAL-M/PAL-N/NTSC saida HDMI e video componente, saidas de audio digital coaxial e analogica, controle remoto, bivolt</p> <p>Com manual de instrucao em portugues</p> <p>Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</p> <p>>></p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	04/12/2019 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	21/11/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE050/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	<p>Ref. SAEB => 77.30.00.00110447-0</p> <p>TELEVISOR, LED, 43 polegadas, full-hd (1080p), VHF, UHF, CABO, ISDB-TB (TV digital), tempo de resposta minimo 5 ms, brilho minimo 300 cd/m2, 1 Entrada VGA (15 pinos), 1 Entrada de audio estereo PC, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analogica), no minimo 2 Entradas USB 2.0, reproduz filme, musicas e fotos; no minimo 02 Entradas HDMI, 2 Entradas de audio e video estereo, 1 Entrada de audio e video componente, 1 Entrada RJ45, 1 Saida de audio digital coaxial, 1 Saida de video e 1 Saida de fone de ouvido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tela de 43 polegadas com tecnologia de iluminacao LED. - Formato nativo 16:9; - Resolucao nativa de 1920 x 1080 pontos (pixels) (Full HD); - Angulo de visao maximo nao inferior a 170 x 170 graus; - Tempo de resposta minimo 5 ms; - Recepcao de sinais VHF, UHF e cabo; - Sintonizador digital padrao ISDB-TB (TV digital padrao Brasileiro) integrado e interno; - Recepcao de sinais PAL-M e NTSC; - Altofalantes embutidos; - Amplificador de audio stereo interno com potencia nao inferior a 10 W RMS por canal; - Menus de ajustes no idioma Portugues; - Funcionalidade de bloqueio de canais; - Controle remoto multifuncao ; - Garantia integral minima de 1 ano, assistencia prestada no Estado da Bahia, Manual de instrucoes em Portugues do Brasil. - Selo PROCEL ou classificacao INMETRO A. <p>>></p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

04/12/2019

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

21/11/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE050/2019
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>Ref. SAEB => 77.30.00.00163409-7</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p>							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

04/12/2019

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

21/11/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo