

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Eletrônico: PE015/2015

Grupo de Materiais: Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	TURBINA, uso odontológico, de alta rotação, cabeça arredondada, encaixe com dois furos, refrigeração por spray triplo, rolamento de esferas, sistema de troca de brocas por botão de pressão, esterilizável em autoclave até 135°C por mais de 1000 ciclos. Rotação mínima de 280.000 rpm e máxima de 380.000 rpm. Pressão de entrada 32 libras / pol 2 . >> Ref. SAEB => 65.20.19.00005433-0	Un	11
2	MICROMOTOR, uso odontológico com sistema de conexão de 2 furos, compacto e anatômico, de alto torque, anel giratório acoplado ao corpo para inversão de rotação, regulação de 3.000 a 18.000 rpm, baixo nível de ruído. >> Ref. SAEB => 65.20.19.00005782-7	Un	4
3	CONTRA, ângulo, uso odontológico, em aço, para encaixe na turbina, compatível com a marca Kavo, encaixe intramatic, spray externo; sistema troca de broca trave e destrave do fecho, baixa rotação, possibilidade de uso de brocas por meio do mandril	Un	4

	>> Ref. SAEB => 65.20.19.00100973-7		
4	<p>FOTOPOLIMERIZADOR, uso odontológico, com emissão de luz LED, ponteira autoclavável, potência mínima acima de 5000 nw/cm2, comprimento de onda entre 450 e 480 nm, tempo programável de 10 em 10 segundos, até 100 segundos, com "bip" sonoro a cada 10 segundos, 3 níveis de potência programáveis, com protetor ocular.</p> <p>Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.</p> <p>>> Ref. SAEB => 65.20.20.00010661-5</p>	Un	11
	<p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para o preenchimento do Pedido de Cotação - PCT -, observar o item 2, parte B do edital de licitação.</p> <p>O lote único é composto pelos itens 001, 002, 003 e 004.</p>		