



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA N.º 2267/2012 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Folha: 0001

Data: 05/12/2012

Licitação nº: 121 /2012

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamento de Raio X Panorâmico - Odontológico)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	<p>128378 Aparelho de Raios-X Panorâmico e Cefalométrico, digital, com as seguintes especificações:</p> <p>Fixo na parede ou opcionalmente sobre pedestal; Dotado de mordente, apoio de queixo, espelho móvel para posicionamento de paciente; Com 2 focos luminosos: mid-sagital e horizontal de Frankfurt - com sistema inteligente que dispensa o impreciso localizador de caninos; Hastes fixadoras das têmporas e apoio frontal com controles motorizados independentes; Permissão de posicionamento de pacientes com altura de 0,8m até 1,85m do solo, no ponto de mordida, inclusive cadeirantes; Comando "MULTIPAD", que centraliza todos os controles de operação do equipamento; Sistema digital de detecção da imagem por meio de sensor CCD, 16 bit, com pixel de 27?m; Memória dos parâmetros radiológicos, conforme biótipo do paciente, em quatro tamanhos, diferentes; Parâmetros radiológicos selecionáveis, entre 60 e 90kV - 3 a 16mA, conforme curva de carga do tubo de raios-x; Controle automático de exposição; Compensação automática dos parâmetros de radiação (kV) na região da coluna cervical nas imagens panorâmicas; Controle remoto de disparo. Lote 001</p>	Perm.	UND	1				
002	<p>128379 Impressora a laser com as seguintes descrições:</p> <p>Tecnologia Fototermográfica (laser seco); Qualidade de imagem laser DRYVIEW; o 325 pixels por polegada, espaçamento de ponto de laser de 78 microns; o Arquitetura de profundidade de ponto de 14 bits; Taxa de transferência; o Até 45 filmes por hora: 14 x 17 pol. (35 x 43 em); o Tamanhos de filme menores Imprimem mais rápidos; Filme de imagem de laser DRYVIEW; o Base de poliéster azulou limpo de 7-mil o Cartuchos de filme com carregamento durante o dia. o 125 folhas/cartucho. o A capacidade de arquivo do filme durante o tempo de vida (~ de 100 anos) resolve os requisitos exigentes (oncologia, pediatria, etc.) o Imagens de filme impressas com um D-max padrão de 3.0.</p>	Perm.	UND	1				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>14/12/2012 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 05/12/2012</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
---	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA N.º 2267/2012 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Folha: 0002

Data: 05/12/2012

Licitação nº: 121 /2012

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamento de Raio X Panorâmico - Odontológico)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Escolha de tamanhos de filme Deve suportar os tamanhos de filme a seguir: o 14 x 17 pol. (35 x 43 em) o 11 x 14 pol. (28 x 35 em) o 10 x 12 pol. (25 x 30 em) o 08 x 10 pol. (20 x 25 em) Deve apresentar Controle de qualidade automática da imagem; Conexão da rede o Conexão de Ethernet Base T 10/100/1 000 para dispositivo de imagens Classes DICOM SOP Suportadas o Classe SOP Meta gerenciamento de impressão de escala de cinzas básica. o Classe SOP Meta gerenciamento de impressão colorida básica. o Classe SOP LUT de apresentação. o Classe SOP de caixa de anotação básica. o Classe SOP de verificação. Dimensões/peso o Altura: 19 pol. (47 em) o Largura: 24 pol. (61 em) o Profundidade: 26 pol. (66 em) o Peso: 120 lb. (54 kg) Alimentação o 90-130 VAC; 50/60 Hz; máximo de 9 amps o 180-264 VAC; 50/60 Hz; máximo de 4,5 amps Ambiente de operação o Temperatura: 59 a 91°F (15 a 33°C) o Umidade: 20 a 80% RH, sem condensação o Campo magnético: < 50 Gauss o Altitude: -100 a 10.000 pés (-30,5 a 3048m) Interface do usuário o Painel simplificado do usuário o Documentação do usuário e idiomas suportados: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Português, Italiano, Japonês, Chinês (Simplificado), Turco, Russo, Grego e Polonês</p>							

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>14/12/2012 2:30:00 BME.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 05/12/2012</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA N.º 2267/2012 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Folha: 0003

Data: 05/12/2012

Licitação nº: 121 /2012

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamento de Raio X Panorâmico - Odontológico)

Unid. Requisites:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	LOTE 002							

Observação:

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).

1.1.4 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.4.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.4.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___	Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
14/12/2012 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista				Catálogo	Data 05/12/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL