



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de material permanente (Equip. para Laboratórios)

**Unid. Requisitantes:** PPG

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	39432 Agitador de tubos, tipo Vortex, para tubos de ensaio de até 30 mm de Ø, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetros ou espectrofômetro, pequenos frascos reagentes, frascos erlenmeyer e balões volumétricos. Montado em caixa de chapas de ferro e de alumínio, medindo 14,5 cm de largura x 13 cm de altura x 16cm de profundidade. Com motor de 3.800 rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, 220V.  LOTE 1 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
002	39433 Agitador magnético sem aquecimento. Corpo em alumínio, revestido em epóxi. Controle de temperatura e rotação linear, velocidade regulável de 50 a 1000 rpm. Agita até 10 litros de água, acompanha 01 barra magnética revestida de teflon, potencia 600 W. 220 V  LOTE 1 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
003	39435 Autoclave p/ esterilização e secagem SD - 50L  LOTE 2 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
004	39441 Autoclave vertical, 75 L, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada com guarnição de vedação em silicone, caldeira em aço inoxidável 304, válvula de segurança e controladora: em bronze, com sistema de peso e contra-peso para regulagem de pressão. Manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143º C) outra para pressão (0 a 3,0 KGF/CM2). Pressão máxima de trabalho: 1,5 KGF/CM2 correspondente a 127º C. Manipulos de baquilete (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Gabinete: parte superior em aço inox e laterais em aço carbono com tratamento anti-corrosivo. Resistências em níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. Painel com lâmpadas indicadoras liga/desliga, chave seletora de calor de 3 posições, escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Dimensões internas : D 40 x A 60 cm. Dimensões externas L.53 x C.57 x 120 cm. Cesto interno: Quantidade 2, D.38 x A.22 cm. Potência 4000 W  LOTE 2 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
005	39437 Balança analítica: Capacidade 220 g. sensibilidade: 0.0001 g. Funcionamento 220V.  LOTE 3 PPG - 2 UND	Perm.	UND	2				
006	38617 BALANÇA eletrônica 40 kg	Perm.	UND	1				

<b>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</b> Gerência Administrativa - UESB  18/11/2005 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	<b>APRESENTAR</b>  Catálogo	<b>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</b>  Data 21/10/2005 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
---	-----------------------------------	---



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de material permanente (Equip. para Laboratórios)

**Unid. Requisitantes:** PPG

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	LOTE 3 PPG - 1 UND							
007	39440 Bidestilador de água: tipo pilsen, vazão de 2L/h, controle para desligamento automático na falta de água de alimentação, baixo consumo de água, 220 volts  LOTE 4 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
008	39443 Bloco digestor construído em alumínio fundido, encapsulado em caixa de aço inoxidável 304 com acabamento escovado e capacidade para 40 provas micro (típos de ensaio de diâmetro até 25 mm) com dimensões externas de: C=370; L=300; A=140mm e profundidade dos furos para provas igual a 45 mm, resistência em aço inoxidável 304 tubular, potência 2200W – 220V – 10 A. Controlador de temperatura digital programado para trabalho de 50 a 450° C e termopar tipo J com 1,5m de comprimento. Galeria em alumínio anodizado, com capacidade para 40 provas, dimensões externas de C= 310; A=125; L=300mm.  LOTE 4 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
009	39444 Bomba de vácuo em aço carbono com pintura eletrostática, Tipo 2 VC com deslocamento máximo de 2,0 Cfm, 3,5 m3/h e lpm de 3,5. Vácuo máximo de 890 mbar, 685 mm/hg e Pol/Hg 27. Motor CV ¼, Monofásico. Rotação da bomba 1700 Rpm. Diâmetro L=150 x C=451 x A=250 mm.  LOTE 4 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
010	039468-0 Cadinho filtrante tipo Gooch, placa porosa média grossa nº 1, capacidade de 50 ml.  LOTE 5 PPG - 100 UND	Consumo	UND	100				
011	039467-0 Dessecador de vidro com luva e tampa com 300 mm de diâmetro  LOTE 5 PPG - 1 UND	Consumo	UND	1				
012	39445 Incubadora BOD , gabinete em caixa metálica com revestimento isolante em poliuretano e pintura eletrostática na cor branca. Controle de temperatura através de instrumento microprocessado digital com proteção contra elevação de temperatura acima de 60° C e	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB  18/11/2005 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 21/10/2005  ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
--	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de material permanente (Equip. para Laboratórios)

**Unid. Requisitantes:** PPG

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>alarme para desligamento automático. Painel de controle frontal na parte superior de fácil operação e visualização. Controlador de temperatura microprocessado com 2 saídas para controle e entrada para sensor NTC. Sensor de temperatura Tipo NTC com grau de proteção IP 637, display digital, precisão +/- 0,3º C. Faixa de temperatura -10 a +60º C. Circulação de ar quente/frio vertical. Reservatório interno para proporcionar umidade por evaporação natural. Volume 334 Litros. Compressor hermético: 1/8 HP. Potencia 230 W. Com 5 bandejas. Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1615 mm. Com certificado RBC</p> <p>LOTE 6 PPG - 1 UND</p>							
013	39447	Centrífuga de bancada, ângulo fixo, capacidade para 12 tubos de 15 ml, 6000 rpm, com tacômetro e timer. Tampa em acrílico reforçado. Velocidade 6000 rpm, força máxima 1800 (xG). Tacômetro analógico indicador de velocidade, motor flutuante apoiado em coxins, pés de borracha aderente, rotor 45º. Dimensões 310 x 283 x 272. 220 V	Perm.	UND	3			
	<p>LOTE 6 PPG - 3 UND</p>							
014	39450	Estufa elétrica para esterelização: ar forçado, controle de temperatura até 250º C, termostado analógico, com 3 bandejas, dimensões externas de +/- 56 x 56 x 53 cm, capacidade para 80 - 90L. 220 V	Perm.	UND	1			
	<p>LOTE 6 PPG - 1 UND</p>							
015	39452	Mesa agitadora de bancada orbital com timer. Velocidade de agitação de 10 a 240 rpm, controle de velocidade eletrônico, motor 100 W/ 60 Hz, gabinete em aço 1020 ou alumínio com pintura eletrostática e garras em aço inoxidável. Bandeja com dimensões 300 x 500 mm, capacidade de até 32 frascos de 50 ml, 14 de 125 ml, 14 de 250 ml, 8 de 500 ml e 6 de 1000 ml. Dimensões externas 500 x 250 x 370 mm. 220 V	Perm.	UND	1			
	<p>LOTE 6 PPG - 1 UND</p>							
016	39461	Estufa para secagem e esterelização: caixa interna e externa com tratamento anticorrosivo e pintura eletrotástica em epoxi texturizada; resistência em módulos instalados nas paredes da câmara interna, potência de 1000W, isolamento com lâ de vidro com 6 cm de espessura, porta com fecho magnético, com guarnição de silicone, dispositivo na parte superior com porta termômetro regulável para saída de vapores, controlador tipo A, termostado hidráulico com escala de ajuste da temperatura desejada, de 50 a 250º C, lâmpada piloto de indicação de aquecimento e ligado geral, acompanha 01 prateleira. Medidas esternas L=860 x P=615 x A=655mm e internas L=600 x P=480 x A=500mm. Com capacidade de 180 litros.	Perm.	UND	2			
	<p>LOTE 6 PPG - 2 UND</p>							

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Gerência Administrativa - UESB</p> <p>18/11/2005 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 21/10/2005</p> <p>ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial</p>
--	-----------------------------------	--



**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de material permanente (Equip. para Laboratórios)

**Unid. Requisitantes:** PPG

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
017	39457 Aspirador cirúrgico LOTE 06 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
018	39446 Câmara fria para refrigeração: dimensões - medidas externas (2,30 x 2,50 x 2,50 m); medidas internas (2,10 x 2,30 x 2,20 m), painéis com revestimento em aço zincado pré-pintado, piso impermeabilizado com solução asfáltica e asfalto oxidado, isolado com dupla camada de EPS (poliestireno expandido, forrado com lona plástica com 90 micras de espessura e concretado, painel com válvula de pressão, interruptor e termômetro, barreira de vapor, acabamento com cantos arredondados e iluminação interna. 220 V. Finalidade: resfriamento de sêmen; Temperatura interna que se deseja manter na câmara: 4°C; Temperatura de entrada do produto na câmara: 10°C.  LOTE 7 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
019	39451 Laringoscópio: com três lâminas (Pequena, média e grande) LOTE 8 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
020	39448 Destilador de água tipo pilsen: capacidade 4 a 5 L/hora, totalmente em aço inox 304, inclusive tampa. Com desligamento automático em caso de falta de água de alimentação através de pressostato e resistências tubulares em aço inox blindado. Caixa de controle com painel frontal em policarbonato, chave liga/desliga e lâmpada piloto. 220V  LOTE 9 PPG - 2 UND	Perm.	UND	2				
021	39449 Destilador de nitrogênio com vidraria em borossilicato, suspensa em painel de aço inox 304 escovado. Caldeira geradora de vapor interna com enchimento semi-automático. Comandos de controle de temperatura, enchimento da caldeira, liga/desliga com lâmpadas piloto indicativas da função. Controle de aquecimento eletrônico, volume da caldeira 2 litros. Dimensões externa 360 x 7010 x 300 mm. Resistência inox blindada 900 W. 220 V  LOTE 9 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
022	039462-5 Pipeta automática com descartador de ponteiros e volume regulável LOTE 10 PPG - 1 UND	Consumo	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB  18/11/2005 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 21/10/2005  ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
---	----------------------------	--



## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de material permanente (Equip. para Laboratórios)

**Unid. Requisiteantes:** PPG

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
023	039463-6 <b>Micropipeta automática em plástico ABS reforçado, pistão em inox polido, com ejator automático de ponteiras, visor digital, volume 10 a 100 ul.</b>  LOTE 10 PPG - 1 UND	Consumo	UND	1				
024	039464-7 <b>Micropipeta automática em plástico ABS reforçado, pistão em inox polido, com ejator automático de ponteiras, visor digital, volume 0,5 a 10 ul.</b>  LOTE 10 PPG - 1 UND	Consumo	UND	1				
025	39453 <b>Microscópio Biológico binocular, montado sobre estativa metálica forte, com platina móvel equipada com sistema charriot graduado com área de trabalho de 50 x 75 mm, e controle coaxiais, resistente a reagentes químicos. Condensador centralizável, com diafragma de iris e filtro azul, intercambiável com kit de contraste de fase. Cabeçote binocular móvel indicado a 45° C e rotação de 360° ajustável para diferença interpupilar e ajuste individual para diferente dioptrias. Focalização macro e miométricoaxial e trava de segurança. Oculares de campo amplo WF 10 x 16. Revolver rotativo quádruplo com objetivas acromáticas. Intercambiáveis para para planacromáticas ou contraste de fase. Sistema de iluminação halógena - 6V AC 20W embutido na base. Lâmpada sobressalente, capa de proteção e frasco de óleo de imersão. Objetivas acromáticas 4x, 10x, 40x e 100x, estativa metálica. 220V</b>  LOTE 11 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
026	39469 <b>Microscópio estereoscópio binocular, com zoom até 10 até 160X. 220 V</b>  LOTE 11 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
027	39455 <b>Guilhotina para decaptação de pequenos animais (coelho/rato)</b>  LOTE 12 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
028	39458 <b>Oftalmoscópio com lanterna para cabeça</b>  LOTE 12 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
029	39459 <b>Conjunto de diagnóstico (Oto-Oftalmoscópio)</b>	Perm.	UND	1				

<p><b>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</b>  Gerência Administrativa - UESB   18/11/2005 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p style="text-align: right;">_____  ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO  Pregoeiro Oficial</p> <p>Data 21/10/2005</p>
--	-----------------------------------	---



## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de material permanente (Equip. para Laboratórios)

**Unid. Requisitantes:** PPG

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	LOTE 12 PPG - 1 UND							
030	39456 <b>Ultrasonic para lavagem de material cirúrgico</b> LOTE 12 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
031	039465-8 <b>Caixa de polipropileno grande. Dimensões 41 x 34 x 18 cm</b> LOTE 12 PPG - 15 UND	Consumo	UND	15				
032	039466-9 <b>Caixa de polipropileno pequena. Dimensões 30 x 19 x 13 cm</b> LOTE 12 PPG - 15 UND	Consumo	UND	15				
033	39460 <b>Espectrofotômetro: comprimento de onda de 340 a 100nm, resolução de leitura de 1 nm, indicador digital tipo LED, consumo de 55 VA, suporte universal termostaticável para cubeta quadrada de 10 nm, concentração de 0 a 100%, transmittância 100 e absorvância 0, tensão 220 V</b>  LOTE 13 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
034	39439 <b>Banho maria analógico: capacidade para +/-22L, grande protetora e sistema de drenagem para limpeza, tampa com 6 anéis, cuba em aço inoxidável com dimensões de 500 x 300 x 150mm, cantos internos arredondados, ambiente até 100°C, precisão de + ou - 0,3°C, 220 volts</b>  LOTE 14 PPG - 1 UND	Perm.	UND	1				
035	39442 <b>Banho termostático, digital, cuba em aço inox, controlador de temperatura eletrônico microprocessado, com certificado de calibração RBC, faixa de 10 a 99,9° C, estabilidade +/- 0,1° C proporcionado por circulação interna. Capacidade de refrigeração 340 BTU/Hora a 0° C, Compressor 1/3 HP, Potência 1500 W, capacidade de bombeamento +/- 4 litros /minuto, pressão máxima de 1,5 m de coluna de água, volume útil da cuba 10 Litros. Dimensões internas úteis da cuba: A=140 x L=240 x P=240mm. Dimensões do banho A= 280 x L= 580 x P=480 mm. 220V</b>	Perm.	UND	1				

<p><b>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</b>  Gerência Administrativa - UESB   18/11/2005 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS   Data 21/10/2005</p> <p style="text-align: right;">_____  ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO  Pregoeiro Oficial</p>
---	-----------------------------------	--



## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de material permanente (Equip. para Laboratórios)

**Unid. Requisitantes:** PPG

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	LOTE 14 PPG - 1 UND							

**Observação:**

I-1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Prédio do Almoxarifado Central da UESB, Estrada do Bem Querer, Km 04 - Vitória da Conquista - BA.

I-2. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

I-3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

I-4. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados (manuais, catálogos, páginas da Internet etc.) que estejam impressos em idioma diverso no nacional deverão ser apresentados com tradução para o português.

I-5. Todas as características declaradas deverão ser descritas e ser comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da Internet, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Somente serão exigidos catálogos para os itens identificados como "permanente".

I-6. O prazo de garantia do produto exigido na especificação técnica deverá ser comprovado com um dos seguintes documentos:

- a. Certificado de Garantia do fabricante do Produto desde que o período de garantia deste documento seja igual ou maior ao solicitado no Edital;
- b. Documento do fabricante permitindo o fornecedor oferecer prazo maior que o estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando o fornecedor optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula anterior.

I-7. Caso o licitante ofereça um período de garantia maior do que o especificado no Certificado de garantia de fábrica e não comprove através do documento acima mencionado (item anterior) será considerado o prazo do Certificado.

I-8. Para os bens que não constam tempo de garantia na sua especificação técnica a garantia mínima aceitável é 3 (três) meses, sem necessidade de comprovação.

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___      Ass/Carimbo: _____
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB  18/11/2005 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista				APRESENTAR  Catálogo
				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 21/10/2005 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial