



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 0029 DE 05/01/2007 PUBLICADA NO DOE DE 26/01/2007

Folha: 0001

Data: 06/11/2007

Licitação nº: 034/2007

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Permanente(Equipamentos para Laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	53058 BALANÇA ANALÍTICA 200G Sensibilidade: 0,0001g; Voltagem: 220V; Selo Homologação Inmetro conforme PORTARIA 236; Dimensão do Prato Inox: 76mm; Linearidade:(+/-mg) 0,2; Capela protetora contra correntes de ar com portas de deslocamento laterais e superior; Ampla câmara de pesagem; Prato de pesagem que possa ser removido para limpeza; Transformação de unidades; Programas de contagem de peças e percentual; Fácil calibração; Interface RS-232 3 anos de garantia e assistência técnica	Perm.	UND	1				
002	53890 BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO COM CAMPÂNULA, com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> · Carga máxima de 200 gramas; · Sensibilidade e reprodutibilidade de 0,001 g; · Microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada; · Pesagem em 08 unidades diferentes de massa (g, kg, gr, dwt, oz, ct e lb); · Pesagem por suspensão (peso específico, densidade); · Sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem; · Proteção de vento com 3 portas; · Temperatura ambiente de 10° a 40°C; · Tensão de trabalho – 220 volts; · Frequência 50/60hz; · Medidas do equipamento (CxLxA) 292 x 210 x 290 mm; · Modelo aprovado pelo INMETRO; · Deve acompanhar o Manual do Usuário. 	Perm.	UND	1				
003	53059 FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL FAIXA DE MEDIÇÃO (ppm)/ Resolução de Leitura: Na (Sódio) 0-100 / 0,01; K(Potássio) 0-100 / 0,01; Li(Lítio) 0-100 / 0,01.	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 23/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Amostra	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/11/2007 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	---------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 0029 DE 05/01/2007 PUBLICADA NO DOE DE 26/01/2007

Folha: 0002

Data: 06/11/2007

Licitação nº: 034/2007

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Permanente(Equipamentos para Laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Repetibilidade: 1% para leituras consecutivas da mesma amostra, com intervalos de 20seg. Linearidade: Melhor que 2% para sensibilidade máxima Volume de Amostra: Aprox. 6mL/min Indicador Digital Led 2 1/2 dígitos, altura 12,5 mm Estabilização de Leitura de aprox. 8 seg Alimentação: 117/220 VAC-50/60 Hz(+/-10%) Aprox. 9L/min a 1 Kgf/cm2 ar comprimido GLP Dimensões: (LxAxP) 350x510x230mm</p>							
004	<p>53060 PHMETRO DE BANCADA Suporte móvel para eletrodo e eletrodo pH/Temp recarregável; Compesação de temperatura automática; Display em cristal líquido; Calibração de pH com reconhecimento automático do tampão (ou criação de offset mV); Faixa de Leitura: Ph 0,00 a 14,0 Resolução: 0,01 Acurácia: 0,005pH Faixa de Temperatura: 0,0 - 100,0 C Resolução de Temperatura: 0,1º C Acurácia de Temperatura: 0,2º C Faixa em mV: -1800,0 - +1800,0 Resolução em mV: 0,1 Acurácia em mV: 0,2mV ou 0,05% Modo mV relativo: sim Dimesões: 229x121x79mm</p>	Perm.	UND	1				
005	<p>53064 MICROPIPETADOR 0,5-5ml Monocanal Micropipeta utiliza ponteira incolor 0,5-5ml</p>	Perm.	UND	4				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 23/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR Amostra</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/11/2007 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL</p>
--	--	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 0029 DE 05/01/2007 PUBLICADA NO DOE DE 26/01/2007

Folha: 0003

Data: 06/11/2007

Licitação nº: 034/2007

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Permanente(Equipamentos para Laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
006	<p>53891 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Resistência blindada em inox; . Caixa interna e externa em chapa de aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; . Convecção mecânica do ar no sentido vertical; isolamento em lã de vidro; . Temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200°C; . Controlador de temperatura eletrônico; . Microprocessador, PID com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e do set point; . Sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico ajustável pelo operador contra super aquecimento; . Uma porta com perfil de vedação em silicone; . Suporte para 03 prateleiras; . Uma prateleira; . Medidas internas (mm): L=300 x P=300 x A=300 (27 litros); . Medidas externas (mm): L=480 x P=480 x A=640; . 800 watts / 220 volts; . Nacional – Certificado de calibração rastreável – INMETRO; . Deve atender à norma NBR 8166; . Deve acompanhar o Manual do Usuário. 	Perm.	UND	1				
007	<p>53892 BANHO MARIA, com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Retangular; . Cuba estampada em aço inox 304, medindo L=225 x 293 x 150 mm; . Volume da cuba 9,5 litros; . Dreno para escoamento; . Controlador eletrônico de temperatura; . Microprocessador, PID com sensor tipo PT100, para trabalhos com temperaturas de 7°C acima do ambiente a 100°C, resolução de ± 1°C, leitura digital do processo e do set point; . Resistência tubular blindada em aço inoxidável; . Suporte perfurado em aço inox protetor das resistências; . Tampa com quatro jogos de anéis redutores em aço inox; . Dimensões (mm): L=270 x P=415 x A=280; . Dimensões da embalagem (mm): L=488 x P=430 x A=360; . 1600 watts / 220 Volts; 	Perm.	UND	1				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>23/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Amostra</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 06/11/2007</p> <p>ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL</p>
--	----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 0029 DE 05/01/2007 PUBLICADA NO DOE DE 26/01/2007

Folha: 0004

Data: 06/11/2007

Licitação nº: 034/2007

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Permanente(Equipamentos para Laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<ul style="list-style-type: none"> · Nacional – Certificado de calibração rastreável – RBC e INMETRO; · Deve acompanhar o Manual do Usuário. 							
008	53893 CENTRÍFUGA DE BANCADA, com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> · Controle microprocessado; · Motor de indução; · Tampa com chave de desligamento automático; · Display de controle com display de cristal líquido com back-light; · Pannel frontal com timer (45 minutos) e referência de velocidade; · Aviso de fim de processo; · Rampa de aceleração e frenagem com tempo fixo; · Para volumes até 15 ml; · Detecção automática de desbalanceamento; · Cruzetas horizontais; · Dimensões (cm): (dxa) 40x28; · Voltagem: 220v; · Deve acompanhar o Manual do Usuário. 	Perm.	UND	1				
009	53894 AGITADOR MAGNÉTICO, com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> · Gabinete construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática anticorrosiva; · Plataforma em aço inox AISI 304; · Ajuste de rotação eletrônico analógico; · Motor de corrente contínua (escova); · Imã permanente; · Alimentação 200 volts, potência 500 watts; · Temperatura até 300°C; · Rotação: 50 a 3600 rpm; 	Perm.	UND	1				

Observação:

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 23/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Amostra	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/11/2007 ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	---------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 0029 DE 05/01/2007 PUBLICADA NO DOE DE 26/01/2007

Folha: 0005

Data: 06/11/2007

Licitação nº: 034/2007

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Permanente(Equipamentos para Laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoarifado Central- CEP: 45.083-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 12 (doze) meses.

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___	Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
23/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista				Amostra	_____ ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL