



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLICADA NO DOE DE 09.07.2009

Folha: 0001

Data: 19/08/2010 !

Licitação nº: 030 /2010

Modalidade: Pregão

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	106451 <b>Acelerômetro com medidor de passos ao caminhar ou correr, medidor de distância percorrida, número de calorias queimadas, tempo e velocidade. Relógio com sistema de 24h e armazenamento automático de passos dados e calorias queimadas por até sete dias, visor de cristal liquido de facil leitura.</b> LOTE 001	Perm.	UND	10				
002	105932-2 <b>CRONOMETRO, esportivo, manual, em acrílico, progressivo, com horário, alarme, data, marcação de tempo em milésimo de segundos, segundos e minutos</b> LOTE 001	Consumo	UND	5				
003	105933-3 <b>DINAMOMETRO, Digital, de mão, para indicação de intensidade de força, visor em lcd, com indicador de força, escala ate 100 kg e garantia mínima de 1 ano. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.</b> LOTE 001	Consumo	UND	2				
004	105936-6 <b>Estadiômetro compacto de parede.</b> LOTE 001	Consumo	UND	2				
005	105937-7 <b>Fitas de medidas antropométricas.</b> LOTE 001	Consumo	UND	10				
006	105945-4 <b>Metrônomo digital.</b> LOTE 001	Consumo	UND	2				
007	105947-6 <b>Pedômetro.</b> LOTE 001	Consumo	UND	20				
008	105950-9 <b>Plataforma de Jump Test Pro.</b> LOTE 001	Consumo	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 19/08/2010 !  ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisites:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
009	<p>106262 <b>ESTEIRA ERGOMÉTRICA, com as seguintes especificações:</b>  <b>Display: Multifuncional em LCD - Velocidade, Distância, Cronômetro, Monitoração Cardíaca e Calorias;</b>   <b>Programas: 15 programas de treinamento;</b>   <b>Sistema de inclinação eletrônica: 0 a 15%;</b>   <b>Monitoramento de frequência cardíaca por Hand grip e receptor para cinta torácica Polar</b>  <b>Lubrificação manual;</b>   <b>Estrutura de aço revestida com pintura eletrostática a pó;</b>   <b>Motor: 2 HP AC;</b>   <b>Velocidade máxima: 11 MPH / 18 Km/h;</b>   <b>Área da manta: 58,6" x 19,7" / 150 cm x 50 cm (CxL);</b>   <b>Capacidade de utilização: 330 lbs / 150 Kg;</b>   <b>Dimensões: 81,5" x 35,4" x 57,8" / 205 cm x 90 cm x 147 cm (CxLxA);</b>   <b>Peso: 324 lbs / 147 Kg;</b>   <b>Opções de idioma: Uma (português);</b>   <b>Garantia: 3 anos para defeitos de fabricação;</b>   <b>Tensão: 220 VAC.</b>                       LOTE 001</p>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 19/08/2010 ! ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLICADA NO DOE DE 09.07.2009

Folha: 0003

Data: 19/08/2010 !

Licitação nº: 330 /2010

Modalidade: Pregão

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
010	106500 <b>Monitor de Pressão Arterial Automático,com as seguintes características:</b>  30 memórias com data e hora Média das 3 últimas leituras Indicador de batimento cardíaco Detector de arritmia cardíaca Sistema Intellisense Visor de LCD Braçadeira ergonômica 2 anos de garantia  LOTE 002	Perm.	UND	2				
011	106501 <b>TENSIOMETRO, adulto, tipo anerode, com: - Esfigmomanometro anerode - Bracadeira em tecido resistente em material sintetico, lavavel, tamanho adulto - Fecho em velcro - Manometro anerode com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de facil leitura - Valvula de metal permitindo a retencao e o esvaziamento de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas - Valvula de metal, permitindo a retencao e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do manometro - estetoscópio - Com selo do INMETRO - Cópia do registro na ANVISA - Manual tecnico e de operacao, em portugues - Certificado de garantia minima de 1 (um) ano</b>  LOTE 002	Perm.	UND	10				
012	106502 <b>Aparelho de bioimpedância tetrapolar</b> LOTE 002	Perm.	UND	1				
013	105935-5 <b>Eletrodos para equipamentos de bioimpedância (pacote com 100 und.).</b> LOTE 002	Consumo	UND	5				
014	106503 <b>Medidor de Lactato Lactimetro e colesterol , triglicerídeos e glicemia, com as seguintes características:</b> Quatro áreas de memória, com capacidade para armazenar até 100 valores medidos juntamente com a data , a hora e os indicadores.Com Monitor, Manual de Instruções. <b>Faixa de medição:</b>	Perm.	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 19/08/2010 !  ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLICADA NO DOE DE 09.07.2009

Folha: 0004

Data: 19/08/2010 !

Licitação nº: 030 /2010

Modalidade: Pregão

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<b>Lactato:0.8 - 22mmol/l</b> <b>Glicose:20-600 mg/dl</b> <b>Colesterol:150-300 mg/dl</b> <b>Triglicerides:70-600 mg/dl</b> <b>Tempo de medição:</b> <b>Lactato: 60seg</b> <b>Glicose: 12 seg</b> <b>Colesterol:180 seg</b> <b>Triglicerides: Máximo de 180 seg</b> <b>Volume da amostra: min: 15 e max: 50 micro/l</b> LOTE 002							
015	105939-9 <b>Lancetas - Softelix PRO.</b> LOTE 002	Consumo	UND	400				
016	105940-0 <b>Fitas para Accutrend lactato.</b> LOTE 002	Consumo	UND	2				
017	105941-0 <b>BM lactato controle.</b> LOTE 002	Consumo	UND	2				
018	105942-1 <b>Fitas para Accutrend triglicerídeos.</b> LOTE 002	Consumo	UND	2				
019	105943-2 <b>Fitas para Accutrend glicose.</b>	Consumo	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

Comissão Permanente de Licitação - UESB

10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista

APRESENTAR

Catálogo

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS

Data 19/08/2010 !

ADALBERTO COSTA JÚNIOR  
Presidente da COPEL



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLICADA NO DOE DE 09.07.2009

Folha: 0005

Data: 19/08/2010 !

Licitação nº: 330 /2010

Modalidade: Pregão

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	LOTE 002							
020	105944-3 <b>Fitas para Accutrend colesterol.</b> LOTE 002	Consumo	UND	2				
021	106504 <b>OXIMETRO, de pulso, portátil, com onda de pulso, frequência cardíaca e sistema de alarme, com sensor digital adulto e sensor digital infantil, o equipamento devera vir acompanhado de copia do registro na ANVISA, manual técnico e de operação, em português, garantia minima de 1 (um) ano.</b> LOTE 002	Perm.	UND	1				
022	106505 <b>DEFIBRILADOR, externo automatico, portatil, com as seguintes características: - Desfibrilador externo automatico de acesso publico com onda bifasica de baixa energia para choque que reduz a exposicao do miocardio aos altos picos de corrente; - Permitir ser configurado para sequencia de 3 choques com energias escalonaveis ou 3 choques fixos; . A serie de choque nao deve ultrapassar 360 Joules - - Possuir interface grafica com o operador com seqüencia indicada, mostrando todos os passos da ressuscitacao; - Utiliza comandos de voz em portuges para guiar o socorrista durante a sequencia de ressuscitacao - - Possuir display eletroluminescente oso ou tela de cristal liquido para exibicao de mensagens de texto, numeros de choques, tempo decorrido e profundidade da RCP. - Deve poder ser configurado para exibir o tracado de ECG; - - Deve monitorar o ritmo cardiaco da vitima atraves dos eletrodos; - Deve ser dotado de sistema que detecte a frequencia e a profundidade das compressoes toracicas durante a RCP.; - Deve possuir memoria interna para armazenamento dos tracados de ECG pre e pos-choque, sequencia de choques, etc; -; - A alimentacao eletrica deve ser atraves de bateria nao carregaveis com vida util minima de 02 (dois) anos.; - O equipamento devera executar autotestes periodicos para garantir sua disponibilidade continua com o operador, sempre em portuges. Acessorios: - 01 (uma) bolsa para transporte do desfibrilador, resistente, que suporte vibracoes e choques externos; - 1 (uma) baterias reserva; - 03 (tres) pares de pas adesivas (eletrodos) para adultos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartaveis e auto-aderentes; - 01 (um) manual de operacao e 01 (um) manual de servico em portuges (BRASIL). O equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ ANVISA; O fornecedor devera entregar os manuais de</b>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 19/08/2010 ! ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLICADA NO DOE DE 09.07.2009

Folha: 0006

Data: 19/08/2010 !

Licitação nº: 030 /2010

Modalidade: Pregão

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portuges; Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os manuais de operacao e de servico; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1: e NBR-IEC 60601-2-4,; Devera ser apresentado o Certificado de Boas Praticas de Fabricacao e Controle na linha de producao do equipamento (CBPFeC) para os equipamentos de classe de risco III e IV, segundo classificacao da RDC 185/2001 da ANVISA. No caso dos equipamentos importados, devera ser apresentado um certificado de boas praticas equivalente do pais de origem, desde que traduzido de forma juramentada. O fornecedor devera ceder as Licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de funcionamento.</p> <p>LOTE 002</p>							
023	106507 <b>Monitor de frequência cardíaca - Polar</b> LOTE 002	Perm.	UND	10				
024	106506 <b>MONITOR, cardiaco, com amplificador de ECG, com ganho calibrado em 1/2, 1, 2 e 4 mv/cm, com protecao contra descarga de desfibrilador e rejeicao de interferencias; monitor de ritmo cardiaco, com indicacao digital e frequencia cardiaca superior a 300 BPM, alarmes audio visuais regulaveis por controles digitais para taquicardia e bradicardia; cardioscopio de 1 canal, com tela de 5 polegadas (11 x 8,5 cm) de alta persistencia; ajuste de som e velocidade em 25 e 50 mm/s; saida para sincronismo com desfibrilador. dimensoes 14 cm de altura x 22,8 cm de largura x 22,8 cm de profundidade; tensao bivolts 110/220 Volts. acompanha : 1 cabo de forca de 3 pinos (2,5 m); 1 cabo de paciente 3 vias (tipo garra); 1 cabo terra; 3 discos permanentes; 1 tubo de pasta de ECG; 1 manual do usuario e certificado de garantia.</b> LOTE 002	Perm.	UND	1				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 19/08/2010 !</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLICADA NO DOE DE 09.07.2009

Folha: 0007

Data: 19/08/2010 !

Licitação nº: 030 /2010

Modalidade: Pregão

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
025	106508 <b>TERMOMETRO</b> , timpânico, termômetro digital, para medição de temperatura através do ouvido, medição instantânea através de sensor de infravermelho, com display de visualização LCD; escala de medição de temperatura do paciente na faixa de 22 graus Celsius (valor mínimo medido) a 41 graus Celsius (valor Máximo medido), com precisão de (+/-) 0,2 graus Celsius. Fonte de alimentação: bateria(s) recarregável (is). Deve acompanhar o equipamento maleta para transporte, pelo menos 150 protetores descartáveis para sonda (ponteira); carregador de bateria (pilha); 06 (seis) pilhas (baterias) recarregáveis sobressalentes; LOTE 002	Perm.	UND	2				
026	106510 <b>ESPIROMETRO</b> , eletrônico, computadorizado, para estudos de espirometria, utilizado na avaliação pulmonar e respiratória para uso adulto ou pediátrico, com seguintes especificações: - conexão a PC ou similar, através de interfase tipo RS232 ou USB, saída optoisolada - faixa de volume entre 0 e 10 litros acuracia melhor que 3% ou 50 mL - faixa de fluxo entre 0 e 14 L/seg. acuracia melhor que 3% ou 70 mL para fluxo menor que 12L/seg. - fluxo/volume com acuracia de aproximadamente 5% ou 200ml/s - curva de fluxo/volume em tempo real - transdutor de fluxo e volume por turbina, bi-direcional, resistência dinâmica <1.5 cm H2O @ 12L/seg. Parâmetros necessários: - FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, PIF, FIVC, FIV1, FIV1%, VC, IVC, VER, IC, VT, VE, F, Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti, MVV. Todos os valores preditos em português. - espirograma temporal - resposta gráfica em traçado do FEV1 - teste de pré e post bronquial - equações preditivas incorporadas, com possibilidade de novas incorporações pelo usuario - analise de dados em PC; Software de interfase gráfica (em português) com capacidade de memorização, e recuperação de pelos menos 500 estudos - temperatura para simulador de 0 - 45°C - dados carregados pelo usuario: Dados do paciente; comentários; temperatura para simulação - dimensões aproximadas: 310X205X65 mm (sem computador) - peso menor que 2 kg - alimentação por corrente elétrica 110V ou baterias recarregáveis - se necessário, fornecer sistema de calibração - o equipamento deve atender normas da ATS (American Thoracic Society) Acompanha: - Licença de Software de processamento e analise de dados - se necessário, fornecer sistema de calibração - todos os cabos e acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento - computador com sistema operacional e todo o software necessário (acompanha licenças) para sua utilização e emissao de relatorios. - display com tela colorida, resolucao minima de 1024 x 768 SVGA ou superior, min. 15 polegadas - impressao colorida por Impressora de Jato de tinta. Acompanha a impressora. - estabilizador de tensao que comporte o consumo de todos os equipamentos (aprox. 600VA) - garantia: minimo de 12 meses a contar da data de aceitacao da entrega no servico para todos os componentes do sistema (incluindo computador) - registro no Ministerio da Saude/ANVISA - manuais de operacao em portugues -	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 19/08/2010 ! ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLICADA NO DOE DE 09.07.2009

Folha: 0008

Data: 19/08/2010 !

Licitação nº: 330 /2010

Modalidade: Pregão

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	acompanhado dos certificados exigidos em lei e normas relacionadas ao aoarelho apresentando, no caso de ser necessario, valores e curvas comprovados por laboratorios certificados LOTE 002							
027	105957-5 <b>Maca portátil com estrutura em alumínio. Dimensões: 180 x 65cm. Dimensões fechada: 90 x 70 x 20cm. Altura fixa: 75cm. Espuma D28 com 3cm. Apoio de cabeça em espuma siliconada. Peso: 12,5kg. Capacidade estática máxima: 250kg.</b> LOTE 002	Consumo	UND	1				
028	106512 <b>Bicicleta profissional para teste e treinamento com frenagem mecânica (balança de carga). Desenhada e Projetada para testes sub-maximo e máximo de laboratório, avaliando a potência anaeróbica (Wingate) e aeróbica, e limiar anaeróbico pela frequência cardíaca; regulagem de carga através de anilhas no total de 8k; saída para computador: software de controle de potência, curva de potência "online" com relatórios. Tamanho da bicicleta: 1,20m comprimento; Diâmetro da roda: 51 cm, padrão Monark = 1 giro completo de pedal = 6m circunferência da roda. Acompanha software para Windows com conexão para USB</b> LOTE 003	Perm.	UND	1				

**Observação:**

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almojarifado Central- CEP: 45.083-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 19/08/2010 !  ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Material para Laboratório)

**Unid. Requisites:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:	
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
10/09/2010 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista				Catálogo	ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
					Data 19/08/2010 !