



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PREGOEIRO OFICIAL: ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO
AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº. 846/2005, DE 28 DE JUNHO DE 2005

Ofício 003/2005

Vitória da Conquista, 24 de novembro de 2005

Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda
At. Sr. Alexandre O. Gouvêa – Depto de Licitações - Kavo SP

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, através do Pregoeiro Oficial designado pelo Magnífico Reitor Abel Rebouças São José, vem responder pedido de impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 029/2005 (Aquisição de Material Permanente – Consultórios Odontológicos), impetrado pela empresa Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda, tempestivamente, no dia 23 de novembro de 2005.

DO PEDIDO: A impugnante alega em seu pedido que as especificações técnicas do Pedido de Cotação – Anexo I, necessitam de correções parciais, visando garantir a isonomia de participação no certame entre os possíveis interessados do ramo pertinente. Em detalhes a referida empresa questionou o seguinte:

- a) **Comando de pé incorporado** - Quando poderia ser solicitado: comando de pé incorporado ou autônomo;
- b) **Volta a zero / 3 posições de trabalho** - Quando poderia ser solicitado: Volta a zero / 1 a 3 posições de trabalho;
- c) **4 intensidades do refletor no pedal** – Quando poderia ser solicitado: Acionamento automático do refletor na posição de trabalho ou através de pedal com comando regressivo da luminosidade desejada pelo cirurgião dentista;
- d) **Equipo..., suporte de ponta em peça única e destacável para facilitar...** – Quando poderia ser solicitado: Equipo..., suporte de ponta em peça única e destacável e fixo para facilitar...”
- e) **Refletor com 20.000 lux com pegada central** – Quando poderia ser solicitado: Refletor com luminosidade variável de 25000 a 6000 lux, com pegada central ou lateral;

DO PARECER: Após recebimento da impugnação foi realizada uma diligência junto ao Colegiado do Curso de Odontologia, setor responsável pela descrição técnica dos equipamentos, conforme parecer anexo, onde concluímos:

- 1) Acatar parcialmente** os questionamentos de impugnação da empresa Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda;
- 2) Refazer as especificações técnicas do Pedido de cotação – Anexo I do edital que terá a seguinte redação:**

“CONSULTÓRIO COM CADEIRA ODONTOLÓGICA apresentando: Articulação Central Única / Comando de Pé incorporado ou autônomo / Encosto de Cabeça Bi Articulado / Volta a Zero/

1 a 3 Posições de Trabalho / 4 Intensidades do Refletor no Pedal / Movimentos Sincronizados do Encosto e Assento da Cadeira;

UNIDADE AUXILIAR com: 2 Sugador / Cuba em porcelana removível;

EQUIPO com braço articulado acoplado com 3 terminais, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático, suporte de pontas em peça única e **destacável ou fixo** para facilitar uma higienização adequada, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS.

REFLETOR com no mínimo 20.000 lux com Pegada Central ou lateral;

ESTOFAMENTO com apoio lombar e sem costura.

MOCHO a Gás.

Obs: (22 und deverão ser para profissionais destros e 02 und para profissionais canhotos)".

Diante do exposto e baseado nas informações prestadas pelo Prof. Dr. Miguel Arcanjo Porto da Cunha – Vice Coordenador do Colegiado de Odontologia da UESB, acreditamos que as novas descrições técnicas atentam para a aquisição de equipamentos de qualidade, garantindo o princípio da isonomia entre os licitantes, conforme exige o art. 3º Lei Estadual 9.433/2005, que rege o referido edital.

Allen Krysthiano Saraiva Figueiredo
Pregoeiro Oficial

RECEBIDO EM ____ / ____ / ____

Ass./Carimbro: _____